



ANWENDUNGSBEREICH

Ultraschallreinigungsgeräte

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

	<ul style="list-style-type: none"> • Je nach Art des Gerätes und Dauer der Belastung kann das ungeschützte Gehör geschädigt werden. • Verbrühungsgefahr durch heiße Reinigungsflüssigkeiten. • Werden andere Reinigungsflüssigkeiten als Wasser verwendet, können zusätzliche Gefährdungen auftreten (z.B. durch brennbare Flüssigkeiten, Bildung explosionsfähiger Dämpfe, Verätzungsgefahr, usw.) • Verschüttete Reinigungsflüssigkeiten können je nach Verschmutzungsgrad und Art der Flüssigkeit Umweltgefährdungen verursachen. • Verbrennungsgefahr der ungeschützten Finger und Hand an den heißen Gerätschaften nach Reinigung oder Trocknung. • Rutschgefahr durch verschüttete Reinigungsflüssigkeiten. 	
--	---	--

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

	<ul style="list-style-type: none"> • Die Mitarbeiter sind im Umgang mit den Ultraschallreinigungsgeräten, besonders hinsichtlich Gefahren und Schutzmaßnahmen, zu unterweisen. • PSA gemäß Gefährdungsbeurteilung tragen (Schutzbrille, Schutzhandschuhe, ggf. Gehörschutz, ...). • Reinigungsgeräte nur bestimmungsgemäß verwenden. Art und max. Größe der zu reinigenden Gerätschaften gemäß Herstellerangaben beachten. • Verschüttete Reinigungsflüssigkeiten umgehend aufnehmen und entsorgen. • Keine Speisen und Getränke im Arbeitsbereich der Geräte zu sich nehmen. • Stromschlaggefahr bei Beschädigungen an den elektrischen Leitungen oder Anschlüssen. 	
--	--	--

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

	<ul style="list-style-type: none"> • Defekte Reinigungsgeräte nicht benutzen. Vorgesetzten informieren. 	
--	--	--

ERSTE HILFE

	<ul style="list-style-type: none"> • Abhängig vom Unfall, soweit möglich Erste Hilfe leisten, ggf. Hilfe herbeirufen. • Mit Reinigungsflüssigkeiten benetzte Hautpartien oder Augen mit viel Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen. • Bei Verschlucken nicht Erbrechen herbeiführen, sofort Notarzt verständigen. • Bei jedem Unfall sofort Vorgesetzten und Verwaltung informieren. • Ersthelfer gemäß „Notfall- und Alarmplan“. 	<p>NOTRUF: 112</p>
--	---	--------------------------------------

INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigungsgeräte regelmäßig durch geschultes Personal überprüfen (s. Herstellerempfehlung). 	
--	---	--